



Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH

ZERTIFIKAT

SPETEC GmbH
bestätigt hiermit, dass die Zertifizierung in Erding (Spetec), für

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1

08233 Treuen

erfolgreich durchgeführt wurde.

Durch die Messungen der SPETEC GmbH wurde der Nachweis erbracht, dass die

I043040

die Anforderungen der folgenden Reinraumklasse erfüllt:

Reinraumklasse: ISO 5
EN DIN ISO 14644-1

Seriennummer: 103219717

Partikelzahl innerhalb: 3283
3520 Partikel / m³ max., 0,5µm

Partikelzahl in der Umgebung: 123.620
Partikel / m³, 0,5µm

nächster Wartungstermin: 07 / 2018

26.07.2017

Datum



Stempel

Unterschrift